

Ref: Anunț publicitate nr. 107246 / 11.07.2017;

Anunț publicitate nr. 107486 / 11.07.2017 – Erată la anunțul 107246

Referitor la anunțul de publicitate mai sus menționat având drept obiect „Achiziția sistemului de măsurare a produsului doză arie pacient”, publicată în SEAP cu nr. 107246/11.07.2017, vă adresăm următoarele solicitări de clarificări:

1. Configurație:

Vă rugăm să precizați pentru ce variante constructive de DAP – metre optați în vederea prezentării unei oferte care să convină cât mai bine nevoilor dvs..

a. configurație cu modul electronic integrat (afișaj local)

b. configurație cu modul electronic la distanță (afișaj la camera de comandă)

De asemenea, menționați și numărul de bucăți pentru fiecare model în parte.

2. Caracteristici tehnice:

Referitor la caracteristicile tehnice solicitate în caietul de sarcini publicat în cadrul anunțului, solicităm acceptarea sistemului de măsurare a produsului doză – arie cu următoarele specificații:

	Varianta A	Varianta B
Nr.	Caracteristici tehnice sistem măsurare produs doză arie cu modul electronic integrat	Caracteristici tehnice sistem măsurare produs doză arie cu modul electronic la distanță
1.	Măsurare produs doză – arie în domeniul energetic 40-150kV	Măsurare produs doză – arie în domeniul 40-150kV
2.	Domeniul măsură pentru debitul DAP: 0,1...30.000mGycm ² /s	Domeniul măsură pentru debitul DAP: 0,1...40.000mGycm ² /s
3.	Domeniul de măsură al DAP: 99999999,99mGyx cm ²	Domeniul de măsură al DAP: 99999999,99mGyx cm ²
4.	Rezoluția de măsurare: 0,01 μGym ²	Rezoluția de măsurare: 0,01 μGym ²
5.	Transparența optică: ≥ 75 %	Transparența optică: ≥ 75 %
6.	Acuratețe / precizie de măsurare: 8%	Acuratețe / precizie de măsurare: 8%
7.	Filtrare echivalentă: < 0,5 mmAl	Filtrare echivalentă: < 0,5 mmAl
8.	Domeniul ambiental d elucru: 10°C - +40°C umiditate relativă: 30%.....75% fără condens	Domeniul ambiental d elucru: 10°C - +40°C umiditate relativă: 30%.....75% fără condens
9.	Dimensiuni: se adaptează aparatului radiologic existent	Dimensiuni: se adaptează aparatului radiologic existent
10.	Măsurare conform IEC 580; DIN 6819; legea 111/CNCAN	Măsurare conform IEC 580; DIN 6819; legea 111/CNCAN

RASPUNS

Pentru pct. 1.

b. Configurație cu model electronic la distanță (afișaj la camera de comandă)

Număr bucăți:

- 1 buc. – Instalație RX Klinograph 42 - Ambulatoriul de Specialitate CF Galați
- 1 buc. – Instalație RX cu post grafie tip Multix - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău

Pentru pct. 2.

Se acceptă Varianta B – punctele: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,

La pct. 2 – se vor respecta caracteristicile tehnice conform Listei caracteristicilor minime ale aparaturii postată pe site-ul spitalului.



Responsabil securitate radiologică,
Dr. Daniela Maria Simionica