



**Documentatie atribuire : STATIE DE STERILIZARE
pentru Sectia Exterioara CF Buzau**

DENUMIRE CONTRACT: STATIE DE STERILIZARE

DESCRIERE CONTRACT: Furnizarea , instalarea si punerea in functiune a unei statii de sterilizare pentru Blocul operator al Sectiei Exterioare cu Paturi CF Buzau

CONDITII CONTRACT:

Livrare: Buzau, str. Republicii,nr. 8-12.Termen punere in functiune: max 30 zile de la finalizarea achizitiei in SEAP, care este si comanda ferma. Termen de plata maxim 60 zile de la punerea in functiune.

Toate documentele doveditoare indeplinirii contractului vor fi prezentate in perioada de deliberare din SEAP, respectiv maxim 2 zile de la notificarea primita in SEAP (se va completa formularul nr.1 si se vor anexa documentele scanate, numerotate si stampilate „conform cu originalul”, pentru verificarea conformitatii).

CONDITII PARTICIPARE: Achizitia se va efectua prin intermediul SEAP. Operatorul economic va avea Aviz de functionare pentru import, distributie, reparare, mentenanta si punere in functiune a dispozitivelor medicale, emis de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale , Certificat de inmatriculare/Certificat constatator/statutul, va prezenta Fisa tehnica a produsului, tradusa de un traducator autorizat, Declaratia de Conformitate de la producator si Marcaj CE, Manual in limba romana, traduse de un traducator autorizat . Operatorul economic va acorda garantie pentru produs de min.24 luni , post garantie: min 10 ani iar timpul de interventie garantie si postgarantie maxim 24 h de la sesizare.

NOTA:

Operatorii economici nerezidenti vor prezenta, dupa caz, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Toate documentele vor fi traduse de un traducator autorizat.

CRITERIUL DE ADJUDECARE: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Propunerea tehnica ce se va atasa la contract va respecta in totalitate caietul de sarcini si va cuprinde in detaliu toate operatiunile care se vor executa in cadrul contractului, inclusiv cele privind instalarea, punerea in functiune, etc.

Oferta se va intocmi tinand cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

Toate documentele vor fi in limba romana iar, acolo unde este cazul, vor fi traduse in limba romana de un traducator autorizat .

Nu se accepta oferte alternative .

Propunerea financiara va fi sub forma de valoare totala si finala, cu toate costurile incluse (produs, transport, instalare, punere in functiune si instruirea personalului, etc.) Pretul va fi ferm. Ofertarea se va face in SEAP in termen de 2 zile de la publicare anunt.

INFORMATII SUPLIMENTARE: Produsul se va posta in catalogul electronic SEAP cu denumirea „STATIE DE STERILIZARE- Buzau”

In vederea intocmirii ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului-Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau , din Buzau, str. Republicii, nr.8-12.

Persoane de contact: Sef Serviciul Tehnic Sing Sirghie Emil- 0753240135, respectiv pentru Sectia Exterioara cu Paturi CF Buzau Ing. Usturoiu Florin: 0766513358.

Denumire : Statie de sterilizare
(Sterilizator cu aburi minim 70 litri / 1 STU)

AN DE FABRICATIE : 2017

Model / Tip:

Producator / Tara:.....

Nr. crt	Denumire	DA	NU	CONFORMITATE (se va indica pagina din documentele operatorului economic unde se regaseste documentul / specificatia tehnica)
1	Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România și să prezinte următoarele documente (copie "conform cu originalul" și traducere autorizată): - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - Declarație de conformitate CE;			
2	Dispozitivul să respecte standardele Sistemului de Calitate ISO 9001, ISO 13485 (copie „conform cu originalul” și traducere autorizată)			
3	Pentru dispozitivul medical oferit se prezintă Aviz de funcționare pentru import, distribuție, reparare, mentenanță și punere în funcțiune a dispozitivelor medicale, emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale, conform art.3 din Ordinul nr. 1008/22.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.			
4	Perioadă de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcțiune. Se va anexa o declarație în acest sens.			
5	Transportul, instalarea, racordarea la utilități (apă, energie electrică, etc,) punerea în funcțiune, instruirea personalului medical și tehnic se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare și sunt operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens.			
6	Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens.			
7	Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declarație în acest sens.			
8	Timpul maxim de răspuns pentru intervenție de service să fie 24 de ore de la solicitare scris sau telefonic			
9	Dispozitivul să fie conform cu reglementările europene menționate în Directiva privind Dispozitivele Medicale 93/42EC și Directiva privind Echipamentele sub Presiune 97/23EC.			
10	Dispozitivul să fie în conformitate cu standardele EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 285, EN ISO 17655, EN 61326-1, EN 62304, EN 62366			
	CARACTERISTICI GENERALE:			
11	Echipamentul să fie destinat sterilizării cu abur a instrumentelor chirurgicale și altor materiale utilizate în spital			
12	Gama de temperatură să fie cuprinsă între 105°C – 134°C			
13	Dimensiunile externe maxime ale sterilizatorului să fie de: 910 (lățime) x 760 (adâncime) x 1600 (înălțime) mm			
14	Putere consumată să fie de maxim 17 kW			
15	Tensiunea de alimentare: 400V, 3 faze, 50/60Hz			
16	Greutatea sterilizatorului să nu depășească 500 Kg			
17	Funcțiile sterilizatorului să fie controlate cu ajutorul a minim 2 sisteme de control: PLC (Programmable Logic Controller) cu software dedicat pentru fiecare			
18	Monitorizarea valorilor temperaturii și presiunii prin sistemele de control PLC cu ajutorul display-ului			
19	Conexiuni: - Internet: Port Ethernet			

	- Conexiune la PC			
20	Lucrarile de intretinere si interventii de service sa se poata face din partea frontala a sterilizatorului			
21	Sterilizatorul sa fie echipat cu generator de aburi electric incorporat, independent de camera de sterilizare			
	GENERATORUL DE ABURI- caracteristici:			
22	Generatorul de aburi sa fie realizat din otel inoxidabil AISI 316Ti			
23	Capacitatea minima a generatorului de aburi sa fie de 14 L			
24	Dimensiunea generatorului de aburi (diametru x adancime): aprox. 220 x 410 mm ($\pm 3\%$)			
25	Generatorul de aburi sa prezinte dispozitive de protectie in cazul eventualelor probleme de: supraincalzire, crestere a presiunii sau alimentare cu apa.			
	USA STERILIZATORULUI- caracteristici:			
26	Echipamentul sa fie prevazut cu o usa automata construita din otel inoxidabil AISI 316 si sa aiba o grosime de minim 17 mm			
27	Usa sa fie automata, actionata pneumatic/ electromecanic.			
28	Operarea usii sa se faca de pe panoul de control touchscreen.			
29	Pentru asigurarea unei etanseitati perfecte in timpul proceselor de vacuum si presurizare, usa sa fie prevazuta cu o garnitura din silicon.			
30	Usa sa fie echipata cu dispozitive de siguranta anti-strivire si pentru protectia obstacolelor/ incarcaturii.			
31	Usa sa poata fi deschisa manual in situatia unor pene de curent.			
32	Din ratiuni de siguranta, usa sa nu poata fi deschisa decat atunci cand presiunea din camera de sterilizare se regleaza cu presiunea atmosferica			
33	Din ratiuni de siguranta, usa sa fie izolata termic, astfel incat temperatura externa emanata sa nu depaseasca 45° C			
34	Din ratiuni de siguranta, usa sa nu poata fi deschisa pe toata durata ciclului de sterilizare.			
	CAMERA DE STERILIZARE- caracteristici:			
35	Volumul camerei de sterilizare sa fie de minim 70 litri, iar dimensiunile camerei de sterilizare sa fie de minim 330 (latime) x 340 (inaltime) x 630 (adancime) mm			
36	Capacitatea de incarcare: 1 STU- unitate de sterilizare			
37	Camera de sterilizare sa fie realizata din otel inoxidabil AISI 316Ti si sa aiba o grosime de minim 8 mm.			
38	Mantaua sa fie realizata din otel inoxidabil minim AISI 304 si sa aiba o grosime de minim 5 mm.			
39	Mantaua sa fie izolata termic complet pentru mentinerea autoclavului rece pe dinafara.			
	POMPA DE VACUUM- caracteristici:			
40	Pentru generarea vidului in etapele de indepartare a aerului din interiorul camerei de sterilizare in fazele de sterilizare si uscare, sterilizatorul sa fie prevazut cu o pompa de vacuum (vid) performanta, cu inel de apa.			
41	Pompa de vacuum sa fie prevazuta cu schimbator de caldura, controlata de un senzor de temperatura, astfel incat apa rece sa fie furnizata doar in faza de eliminare a aburului			
42	Temperatura apei la evacuare sa nu fie mai mare de 45° C.			
43	Pompa de vacuum sa fie prevazuta cu un sistem de reciclare a apei pentru minimizarea consumului			
44	Pompa de vacuum sa fie montata pe amortizoare de vibratii pentru minimizarea vibratiilor.			
	AER COMPRIMAT- cerinte:			
45	Sterilizatorul sa fie prevazut cu un sistem de aer comprimat, care sa asigure un debit de minim 200 l/ min			
46	Presiune de lucru: 5-7 bar.			
	CONDUCTE SI RACORDURI- caracteristici:			
47	Conductele sa fie construite din otel inoxidabil			
48	Racordurile sa fie construite din otel inoxidabil si alama			
49	Conductele si racordurile sa fie izolate termic pentru prevenirea pierderilor de caldura.			
	ELEMENTE DE SIGURANTA:			
50	Sterilizatorul sa fie prevazut cu urmatoarele elemente de siguranta:			
51	- Inchiderea si deschiderea usii sa fie servo-asistata			
52	- Usa sa fie prevazuta cu senzori de proximitate			
53	- Presiunea din garnitura de etanseitate sa fie monitorizata			
54	- Usa sa nu poata fi deschisa, decat la egalizarea presiunii din camera de sterilizare cu presiunea atmosferica			
55	- Programul de sterilizare sa nu poata porni daca usa nu este perfect etansa			
56	- Presiunea aburului si a temperaturii sa fie monitorizate prin intermediul unor transductori de presiune in camera de sterilizare, senzori de temperatura PT100 si a unui termostat in generator.			

57	- Manometre pentru afisarea presiunii din camera de sterilizare si garnitura de etanseitate, chiar daca sterilizatorul este oprit			
58	- Buton de urgenta tip "ciuperca"			
59	Sterilizatorul sa fie prevazut cu minim 3 senzori de temperatura tip PT100, clasa AA			
60	Sterilizatorul sa fie prevazut cu minim 3 transductori de presiune			
61	Nivelul de zgomot emis sa nu depaseasca 65 dBA.			
	DISPLAY LCD- caracteristici:			
62	Sterilizatorul sa fie prevazut cu un display LCD color "touchscreen" de minim 5.7".			
63	Pe display sa fie afisate minim urmatoarele informatii cu privire la:			
64	<u>Informatii generale:</u> - Date de identificare a unitatii spitalicesti - Data/ ora - Limba de operare :limba romana - Numele personalului operator si a personalului de service - Parola operator - Status usa			
65	<u>Informatii programe de sterilizare:</u> - Lista programelor de sterilizare si a ciclurilor de test - Numele ciclului curent - Afisarea parametrilor ciclului de sterilizare in timp real sub forma de grafic si alfanumeric - Timpul ramas din ciclul de sterilizare - Grafic in timp real cu indicatorii presiunii si temperaturii in timpul ciclului			
66	<u>Informatii date tehnice:</u> - Statusul elementelor de monitorizare si control - Setarea parametrilor sterilizatorului - Alarmer acustice si vizuale - Mesaje de alarma - Afisarea alarmei curente - Reminder interval de service ramas - Auto-diagnoza			
	IMPRIMANTA- caracteristici:			
67	Sterilizatorul sa fie prevazut cu o imprimanta termica incorporata, pentru o documentare concisa si clara privind procesele ciclului efectuat, cu 40 de caractere pe linie.			
68	Imprimanta sa poata reda minim urmatoarele informatii: - Numele programului curent - Date despre operator - Data - Ora inceperii programului - Temperatura, presiunea si timpul fiecărei faze - Identificarea eventualelor defectiuni			
	PROGRAME DE STERILIZARE minim conf. Ordin 961/2016 - caracteristici:			
69	Sterilizatorul sa contina cel putin urmatoarele programe de testare pre-setate: - Test Bowie & Dick - Test Helix - Test de vacuum			
70	Sterilizatorul sa functioneze cu minim urmatoarele programe de sterilizare presetate: - Program material poros- 134°C - Program instrumentar- 134°C - Program material termosensibil, cauciuc- 121°C			
71	Sa aibe inca 10 programe customizabile (cu parametri programabili de catre utilizator)			
	ACCESORII:			
72	- Cadru intern de incarcare, realizat din otel inoxidabil minim AISI 304- 1 buc			
73	- Sistem complet de dedurizare a apei, calibrat cu consumul optim de functionare al echipamentului- 1 buc			
74	- Masina de sigilat pungi sterilizare . Electrica . Utilizata in domeniu medical . Pentru pungi din plastic/hartie de 300 mm latime, latimea cordonului de sigilare min 12 mm , dispozitiv de taiere incorporata. Garantie min 24 luni. Sa permita utilizare in conditii de siguranta . - Un set role pungi sterilizare plata cu indicator compus din : min 1 buc 300mmx200m , 250mmx200m- min 1 buc, 150mmx200m -min 1 buc, 75 x 200 m –min 1 buc			
75	Troliu /carucior de incarcare descarcare echipat cu 4 roți, dintre care 2 pivotante si 2 pentru directie			
76	Manusi protectie termica – 1 buc			

77	Casolete sterilizare min 1 buc. 580x280 x200, 2 buc- 465x280x150 mm- min 2 buc			
78	Documentatia de utilizare compusa din minim : - proceduri de instalare, - punere in functiune si exploare, - proceduri de mentenanta, intretinere si verificari, -schite de montaj si ansamblare, -fisa tehnica a produsului, -manual de utilizare. Toate in limba romana ,traduse de un traducator autorizat.			
79	Termen de livrare si punere in functiune: maxim 30 de zile de la semnarea contractului.Se va anexa contractul semnat.			

In cazul in care se considera ca sunt indicate anumite denumiri comerciale , producatori, specificatii tehnice, agremente, standarde, etc., care contravin Legii achizitiilor publice, in cadrul documentului a se citi "sau echivalent"

Caiet de sarcini intocmit: Medic coordonator Sectia chirurgie S.E.P.CF Buzau -Dr. Turtureanu Stefan

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. din data

1. Parti contractante

Intre:

..... avand sediul in loc., str.
..... nr., Bl., sc., ap., tel. email
....., având CUI -, inregistrata la Registrul Comertului cu
nr. J.....,
cont.....deschis la Trezoreria reprezentata legal
prin d-na/ul, ocupând funcția de
....., in calitate de Furnizor,
și

SPITALUL GENERAL CF GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, tel/fax 0236/411613, având cod fiscal nr. 3127328 și cont IBAN RO83TREZ30620F330800XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat legal prin Ec. Carmen Adriana Șerbănescu – Manager și Ec. Chirita Emilia- Director Financiar Contabil interimar, în calitate de Cumparator,

a intervenit prezentul contract, cu următoarele prevederi:

1. Obiectul Contractului

Obiectul prezentului contract il reprezinta furnizarea,transport pana la locul de folosinta,racordare la utilitati, instalarea, punerea in functiune unei statii de sterilizare pentru blocul operator al Sectiei Exterioare cu Paturi CF Buzau si instruirea personalului .

2. Prețul Echipamentelor

Prețul Echipamentului este de lei (reprezentand lei fara TVA, la care se adauga lei TVA).

3. Modalități de plată

Cumpărătorul va plăti, in termen de 60 de zile de la punerea in functiune a echipamentului, prețul Echipamentului în contul deschis la Trezoreria,

Facturarea se va efectua după recepția cantitativă și calitativă, punerea în funcțiune a produsului ce face obiectul prezentului contract , instruirea personalului medical si tehnic ce utilizeaza echipamentul si predarea tuturor documentelor solicitate in (certificat de garantie,declaratii de conformitate de la producator,declaratie de Marcaj CE, fisa tehnica, manual – toate documentele traduse in limba romana de traducator autorizar, aviz de la Ministerul Sanatatii pentru vanzare, service si distributie)

4. Termen de livrare:

Livrarea si punerea în funcțiune a echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua a in termen de maxim 30 zile calendaristice de la achizitia in SEAP a produsului , ce reprezinta si comanda ferma .

5. Adresa de livrare:

Adresa de livrare a echipamentului este: str. Republicii , Nr 8-12 , Buzau.

6. Recepție și reclamații

Receptia calitativă și cantitativa va fi efectuată de catre Cumparator, numai pe bază de proces verbal de predare primire la data livrării. Procesul verbal de punere in functiune se va efectua in prezenta personalului , medical si tehnic din cadrul Sectiei Exterioare cu Paturi CF Buzau. Eventualele lipsuri cantitative vor fi constatate si vor fi completate de Furnizor in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data receptionarii produsului, dar nu mai tarziu de data punerii în funcțiune. Dacă data livrării Echipamentului lipsă va depăși termenul de livrare din contract, Cumpărătorul este îndreptățit să perceapă penalități, conform art. 11.

Riscurile pierderii, distrugerii, dezmembrării, furtului total sau al unor subansamble sau accesorii, și/sau dispariției Echipamentelor se transferă Cumpărătorului la data Recepției cantitative.

7. Obligațiile Cumpărătorului

- să efectueze plata prețului Echipamentului, conform art. 3, această plată fiind condiționată de apariția unor defecțiuni după recepția calitativă, care vor fi soluționate conform art.10;
- să recepționeze Echipamentele conform art. 6;

8. Obligațiile Furnizorului

Obligațiile Furnizorului sunt următoarele:

- să livreze produsele ce fac obiectul Contractului în termenele și condițiile prezentului Contract;
- să garanteze și să asigure garanția produselor pe toată perioada de garanție prevăzută în Contract;
- să instaleze și să pună în funcțiune produsele achiziționate ce fac obiectul prezentului contract.

9. Garanția

Garanția este de luni pentru defectele de fabricație, de la data recepției. După expirarea perioadei de garanție, în post garanția de ani, service-ul se va asigura contra cost, pe bază de comandă sau contract de service.

Intervenția de service în perioada de garanție este gratuită și va fi efectuată de către service-ul Furnizorului, după primirea reclamației scrise/telefonice din partea Beneficiarului, în termen de maxim 24 ore.

10. Calitatea

Furnizorul garantează, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, că bunurile care fac obiectul prezentului Contract sunt în concordanță cu standardele de calitate cerute de U.E., conform certificatelor de calitate emise de producători. Echipamentele livrate vor fi noi, producție 2017, nefolosite, și vor corespunde, din punct de vedere tehnic, specificației din Anexa/ele prezentului contract.

11. Penalități

Pentru întârzieri la livrarea Echipamentelor, conform art. 4 din Contract, Furnizorul va suporta penalizări de 0,15%/zi din valoarea Echipamentelor nelivrate.

Pentru întârzieri la efectuarea plății Echipamentelor, conform art. 3 din Contract, Cumpărătorul va suporta penalizări de 0,1%/zi din valoarea plăților neefectuate plus eventuale diferențe de curs valutar dintre data scadenței din factură și data efectuării plății.

12. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în una din următoarele situații:

- a. la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Părțile contractante;
- b. prin acordul Părților, cu condiția ca intenția de încetare a contractului să fie notificată celeilalte părți contractante, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid, cu cel puțin 5 (cinci) de zile înainte;
- c. prin reziliere fără alte formalități prealabile și fără intervenția instanțelor judecătorești în cazul neexecutării obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți;
- d. dizolvarea, lichidarea, retragerea autorizației de funcționare a uneia din Părți, totală sau parțială (în caz de retragere parțială, numai dacă aceasta se referă la activitatea sau, după caz, la Echipamentele care fac obiectul prezentului Contract);
- e. orice alte situații în care o Parte nu mai are dreptul de a efectua operațiuni de comerț cu Echipamentele ce fac obiectul prezentului Contract.

Rezilierea prezentului Contract sau încetarea acestuia în cazurile prevăzute mai sus literele b, c, d, e nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părțile contractante.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract menționată la literele c,d,e o va notifica celeilalte Părți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care urmează să își producă efectele.

Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea Părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

13. Forța majoră

Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care are loc după încheierea (semnarea) prezentului contract și care împiedică, în parte sau în totalitate, îndeplinirea obligațiilor contractuale, va fi considerat un caz de forță majoră.

În cazul în care forța majoră împiedică executarea parțială și/sau totală a obligațiilor rezultând din prezentul contract, partea contractantă care invocă forța majoră este îndreptățită să o facă opozabilă celeilalte părți contractante, numai cu condiția ca aceasta din urmă să fi fost informată asupra cazului de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia prin scrisoare recomandată, atașând și o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea faptelor. În cazul nerespectării condițiilor de mai sus de către una din părțile contractante, acestea îi revin integral în sarcină

toate riscurile și consecințele cazului de forță majoră.

Cazurile de forță majoră enumerate mai sus prelungesc automat termenele contractuale și obligațiile ambelor părți cu o durată egală cu perioada de forță majoră. Pentru întârzieri și neexecutarea obligațiilor ca urmare a forței majore, nici una din părți nu va putea reclama aplicarea de penalizări, dobânzi sau orice altă compensație sau participare la pierderi datorate forței majore.

Dacă în termen de 21 zile de la producere, evenimentul nu încetează, Părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept al prezentului Contract.

14. Legea aplicată. Jurisdicție

Legea care guvernează procedurile stabilite în acest Contract este Legea Română.

Orice litigii între Părți în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea și încetarea prezentului Contract ce nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

15. Succesori

Drepturile și obligațiile asumate de către părți prin prezentul Contract vor fi transmise succesorilor legali ai acestora. Furnizorul nu are dreptul să transfere unei terțe părți, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile sale ce decurg din prezentul Contract..

16. Notificări

Părțile își vor comunica de îndată, în scris, orice modificare a datelor prevăzute în contract, precum și orice modificare a contului bancar, sub sancțiunea suportării oricăror daune provocate celeilalte părți din cauza necomunicării acestor informații în timp util. Orice daună suferită de însăși partea în cauză, din acest motiv, nu va putea fi solicitată celeilalte părți.

În cazul în care o parte își schimbă adresa și nu comunică celeilalte părți noua adresă, notificarea făcută la vechea adresă este valabilă.

În accepțiunea Părților contractante, orice Notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid.

17. Dispoziții finale

Orice modificare și completare a prezentului contract se va face prin act adițional semnat de părțile contractante.

Toate datele și informațiile furnizate de una dintre Părți celeilalte sunt confidențiale.

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și înlocuiește orice înțelegere anterioară scrisă sau verbală între Părți și intră în vigoare la data semnării valabile de către Părți a Contractului.

Dacă una sau mai multe dintre prevederile acestui Contract sunt nevalabile sau neexecutorii într-o anumită măsură, celelalte clauze sau părți ale contractului își mențin valabilitatea și vor produce efecte depline asupra raporturilor juridice dintre cele două Părți. Clauzele nevalabile pot fi înlocuite cu altele corespunzătoare cerințelor Contractului și în spiritul legii, cu acordul Părților.

Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări pe care Părțile și le transmit în temeiul acestui Contract, vor fi comunicate în scris, în limba română.

Prezentul Contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizor,

.....

.....

.....

Cumparator,
SPITALUL GENERAL CF GALAȚI
Manager,
Ec. Carmen Adriana Șerbanescu

Director financiar Contabil interimar,
Ec. Emilia Chirita

Consilier Juridic,
Ghinis Teodor

Viza C.F.P.
Ec. Rozica Mitrea